

**「ニプロ輸液ポンプ用セット FPC-5003Z」  
 包材仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロ輸液ポンプ用セット」の包材仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。






引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

**変更内容**

- 個包装、内箱、外箱の包材デザインが変更になります。
- 個包装のサイズ及び仕様が変更になります。

**変更詳細**

	変更前	変更後
個包装	<p>切口形状：Vカット</p>  <p>250mm 100mm</p>	<p>切口形状：Iカット</p>  <p>260mm 120mm</p>
内箱		
外箱		

**対象品番及び変更ロット**

製品名	JANコード	商品コード	品番	初回ロット	流通予想時期
ニプロ輸液ポンプ用セット	4987458554728	55-472	FPC-5003 Z	20D24J1	2020年6月上旬