

お客様 各位

「自動輸液ポンプ FP-970EX」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「自動輸液ポンプ FP-970EX」の認証移行に伴い、仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

①「医療機器承認番号」から「医療機器認証番号」に変更になります。(番号に変更はありません。)

【変更前】

【変更後】

医療機器製造販売承認番号 22500BZX00526000 → 医療機器製造販売認証番号 22500BZX00526000

②添付文書を改訂致します。

③IP 保護等級(水の浸入に対する保護)が「IPX1」から「IPX2」に変更になります。

④電源スイッチ部及び周辺の形状を変更します。

【変更前】



【変更後】



対象製品

商品コード	商品名 品番	入り数	JANコード
56-662	輸液ポンプ FP-970EX	1 台	4987458566622

変更開始製造番号・変更時期

変更開始製造番号 : 6174001～

変更時期 : 平成 29 年 8 月中旬頃

以上