

「ニプロ食道拡張用バルーンカテーテル」

一部仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ食道拡張用バルーンカテーテル」の一部仕様の変更を行うこととなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容





- カテーテルカバーから台紙に包材を変更します。
- コンプライアンスラベルを変更します。(表記数値には変更ございません。)
- 添付文書用の袋を追加いたします。

対象製品及び初回ロット

商品コード	販売名・品番	JANコード	変更ロット	変更予定時期
25-831	Eバルーン 6-8X80	4987458258312	未確定	平成30年10月
25-832	Eバルーン 8-10X80	4987458258329	18G13	平成30年10月
25-833	Eバルーン 10-12X80	4987458258336	未確定	平成31年6月
25-834	Eバルーン 12-15X80	4987458258343	未確定	平成31年5月
25-835	Eバルーン 15-18X80	4987458258350	未確定	平成31年7月
25-836	Eバルーン 18-20X80	4987458258367	未確定	平成31年6月

※ご注文の状況により前後する可能性があります。

変更詳細

変更内容	変更前	変更後
カテーテルカバー→台紙		
コンプライアンスラベル		
添付文書用袋の追加		