

「ニプロ食道拡張用バルーンカテーテル」

一部仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ食道拡張用バルーンカテーテル」の一部仕様の変更を行うこととなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容



- バルーン内マーカを追加いたします。
- カテーテル有効長を変更いたします。

対象製品及び初回ロット

商品コード	品番	JANコード	初回ロット	変更時期
25-831	Eバルーン 6-8X80	4987458258312	未確定	未確定
25-832	Eバルーン 8-10X80	4987458258329	未確定	未確定
25-833	Eバルーン 10-12X80	4987458258336	未確定	未確定
25-834	Eバルーン 12-15X80	4987458258343	20B29	令和2年5月
25-835	Eバルーン 15-18X80	4987458258350	未確定	令和2年12月
25-836	Eバルーン 18-20X80	4987458258367	未確定	未確定

※ご注文の状況により時期は前後する可能性があります。

変更詳細

変更内容	変更前	変更後
バルーン内マーカの追加		
カテーテル有効長の変更 (1,900mm→1,800mm)	