

## ニプロPSVセット (DEHP可塑剤フリー)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


##### 1. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) インジェクタ等を用いた造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[液漏れ又は破損するおそれがある。]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状・構造

本品はチューブ、針管、翼、コネクタ等により構成される、翼付針である。



##### 2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリ塩化ビニル
チューブ	ポリ塩化ビニル
ソフトコネクタ	ポリ塩化ビニル
ハードコネクタ	アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体

ポリ塩化ビニルの可塑剤はトリメリット酸トリ-2-エチルヘキシルである。

#### 【使用目的又は効果】

注射筒又は輸液セット等に接続し、注射用医薬品の注入又は血液若しくは体液等の採取に用いる。

#### 【使用方法等】

##### 1. 通常的使用方法

- 1) 包装を開封して本品を取り出し、コネクタに輸液セット、輸血セット及び注射筒の筒先等をしっかり接続します。
- 2) 翼をつまみ、針管のプロテクタを真っ直ぐ引いて外します。
- 3) 薬液をチューブ内に満たし、針管先端より薬液を流出させ、チューブ内の空気を完全に抜きます。

\*\*4) 穿刺部位を消毒し、翼をつまんで静脈等に穿刺します。

\*\*5) 静脈等に穿刺した後、チューブ内に血液が流入することを確認し、翼をテープ等で固定します。

##### 2. 血液等を採取する方法

- 1) 包装を開封して本品を取り出し、コネクタにルアーアダプタ又は注射筒の筒先をしっかり接続します。
- 2) 駆血帯をかけた後に、穿刺部位の消毒を行います。
- 3) 針管のプロテクタを真っ直ぐ引いて外し、翼をつまんで穿刺部位に穿刺します。
- 4) 真空採血管又は注射筒を用いて規定量の血液等を採取します。
- 5) 採取終了後、駆血帯を外し、穿刺部位を止血しながら、本品を抜去します。
- 6) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. テーパ部に薬液を付着させないでください。[接続部の緩み等のおそれがあります。]
2. プライミング時に接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
3. リキャップしないでください。[リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。]

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 1) 包装を開封する際には本品、特にプロテクタにフィルムが引っかからないように注意すること。[開封時の力により針管が曲がるおそれがある。]
  - 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
  - 3) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ハードコネクタのひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクタにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
  - 4) 本品の接続部等にひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
  - 5) チューブを鉗子等で挟んで傷をつけないように、さらに、注射針の先端やはさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。[液漏れや空気混入、破損のおそれがある。]
  - 6) チューブ等が身体の下等に挟まれないよう注意すること。[チューブ等の折れ、閉塞、破損等のおそれがある。]
  - 7) チューブとコネクタとの接合部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないよう注意すること。[チューブの抜け、破損、伸び等のおそれがある。]
  - 8) 針管に過度な負荷をかけないよう注意すること。[針管の曲がりや破断、針基の破損のおそれがある。]
  - 9) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[コネクタが外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。]
  - \*\*10) 翼の固定を十分に行うこと。[静脈等への留置の際、あるいは本品を抜去する際に針管がズレたり、血管壁を損傷させるおそれがある。]
  - 11) プライミング後は直ちに薬液を投与すること。[薬液が汚染されるおそれがある。]
  - 12) ゴムボタン等に刺通する場合は、刺通部で固定すること。[過度に負荷がかかり、針管の曲がりや破断、針基の破損のおそれがある。]
- ##### 2. 不具合・有害事象
- 1) その他の不具合
    - (1) プロテクタの外れ (2) 針管の曲がり

**【保管方法及び有効期間等】**

**1. 保管方法**

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

**2. 有効期間**

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ・タイランド・コーポレーション

[Nipro (Thailand) Corporation Limited]

タイ王国

[Thailand]

