

医療関係者 各位



ニプロ株式会社

「フローマックス[®]」等の個包装 材質変更のご案内(第1報)

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社販売の以下の製品に関しまして、個包装材質の変更をいたしますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

謹白

材質変更対象製品

- フローマックス ■フローマックスS ■動物用注射針
- カテラン針 ■ブラント針 ■NR採液針

変更内容

個包装の立体成形部分の材質の見直しを行い、以下の通り変更いたします。

ピールアウェイする際、より軽い力で開封できるように改良いたしました。

なお、製品自体の変更はございません。

従来品	変更品
ポリスチレン	ポリエチレンテレフタレート

変更ロット

24J303 より随時

変更品出荷時期

商品CD	商品名	JAN	変更開始ロット	出荷開始時期
01-043	フローマックス 25G*1 RB GA	4987458010439	24J303	2024年12月初旬から

当該品番以外の他の品番および他対象製品については、追ってご案内申し上げます。