

「セーフレット®カニューラGA」

仕様変更のお知らせ

謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度「セーフレット®カニューラGA」（医療機器承認番号：21200BZZ00503000）のカニューラ先端の仕様を下記の通り変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

変更内容


○変更内容・理由
生産性向上のため。

【比較写真(先端)】
カニューラに付いている側孔の位置を針基側へ移動いたしました。

変更前



変更後



変更ロット

24L06以降（24年12月製造分以降）