

医療関係者 各位



## 「SCV カテーテルキット」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度「SCV カテーテルキット」につきまして、下記の通り変更いたしましたので、ご案内申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

- カニューラ外套型穿刺針の形状を変更しました。

変更前



変更後




- インフュージョンプラグをキャップ状のプラグに変更しました。

ハブの形状ならびにスタイレットの形状と色を変更しました。

変更前



変更後



次ページに続く

## 対象品番

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更品出荷時期
40-300	SA-1206-WG	4987458403002	041504 以降	2026年7月
40-301	SA-1208-WG	4987458403019	041504 以降	2025年10月
40-302	SA-1212-WG	4987458403026	041504 以降	2026年1月
40-303	SA-1223-WG	4987458403033	41503011	2025年7月
40-305	SA-1508-WG	4987458403057	41504011	2025年9月
40-306	SA-1512-WG	4987458403064	041504 以降	2025年12月
40-311	SA-1208-TG	4987458403118	041504 以降	2025年12月
40-312	SA-1212-TG	4987458403125	041504 以降	2025年5月下旬

変更品出荷時期につきましては、出荷状況により変動することがあります。

以上