

医療関係者 各位



「UK-カテーテルキット」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「UK-カテーテルキット」につきまして、下記の通り変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

シングル：カテーテルのハブならびにプラグの形状を変更しました。

ダブル：カテーテルのハブの形状を変更しました。

インフュージョンプラグをプラグに変更しました。

シングル

変更前

変更後



ダブル

変更前

変更後



※ハブの色調はカテーテルサイズによって異なり、元の色からの変更はありません。

14G：ダークグリーン 16G：ライトグリーン 18G：ホワイ

対象品番

商品コード	品番	JAN コード	変更ロット	変更品出荷時期
40-299	UA-1412-SC	4987458402999	01504 以降	2026 年 4 月
40-314	UA-1412-S	4987458403149	01504 以降	2026 年 1 月
40-315	UA-1420-S	4987458403156	01504 以降	2025 年 10 月
40-318	UA-1612-S	4987458403187	01504 以降	2025 年 10 月
40-319	UA-1620-S	4987458403194	01504011	2025 年 10 月
40-320	UA-1627-S	4987458403200	01503011	2025 年 8 月
40-322	UA-1812-S	4987458403224	01503012	2025 年 5 月下旬

40-323	UA-1820-S	4987458403231	01503013	2025年5月中旬
40-324	UA-1827-S	4987458403248	01504014	2025年5月中旬
40-332	UA-1612-W	4987458403323	02503011	2025年5月下旬
40-333	UA-1620-W	4987458403330	02504以降	2026年5月
40-334	UA-1627-W	4987458403347	02504以降	2025年11月
40-335	UA-1812-W	4987458403354	02504以降	2026年8月
40-619	UA-1627-SC	4987458406195	02504以降	2025年9月

変更品出荷時期につきましては、出荷状況により変動することがあります。

以上