

「連続測定型耳式体温計(プローブ)」 (ニプロCEサーモ) プローブ仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロCEサーモ」小型両耳用プローブの仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- 仕様変更後のプローブはCEサーモ2 本体セットのみ使用可能です。
 (仕様変更後のプローブはCEサーモ本体セットには使用できません。)
 - 現行のプローブと仕様変更後のプローブを識別するため、プローブの色、個包装デザイン、内箱デザイン、内箱サイズを変更いたしました。
- ※温度測定機能については変更ございません。

現行

変更後

プローブ



個包装



内箱



(サイズ: 175mm × 60mm × 高さ112mm) (サイズ: 175mm × 60mm × 高さ100mm)

変更理由





CEサーモプローブには超小型のセンサー素子(部品)を使用しています。

CEサーモ販売当初(2009年頃)は一般流通していなかった超小型のセンサー素子を特別にセンサー業者で生産いただき、CEサーモプローブに組み込んでいました。

近年ではCEサーモプローブに組み込める超小型のセンサー素子が一般流通するようになりましたが、この流れを受け、これまで特別に生産いただいていたセンサー素子は生産終了となりました。

仕様変更後のプローブには一般流通しているセンサー素子を組み込んでいます。

特別なセンサー素子を組み込んだ現行のプローブは、CEサーモ2本体セット及びCEサーモ本体セットの双方に対応しており使用できますが、仕様変更後のプローブは、CEサーモ2本体セットのみ対応しているためCEサーモ本体セットには使用できません。

	現行のプローブ	変更後のプローブ
		
CEサーモ本体セット 	○	×
CEサーモ2 本体セット 	○	○

○:使用可 ×:使用不可

対象品番、変更時期

医療機器認証番号:21900BZX01349000 管理医療機器(クラスⅡ) 一般的名称:耳赤外線体温計
販売名:連続測定型耳式体温計 製造販売:株式会社バイオエコーネット

JANコード	商品コード	商品名	初回ロット	変更時期(見込み)
4987458431456	43-145	CEサーモ 小型両耳用プローブ	YC27D	2025年8月中旬

(入数:10本/箱)