

2025年4月



ニプロ株式会社

抜針・漏液検知器「見針絆」 センサ欠品に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、抜針・漏液検知器「見針絆」に関しまして、2025年3月よりセンサの出荷制限および新規注文辞退を実施しておりますが、今回製造している製品 Lot において、品質に関わる問題（製品の漏液検知の規定範囲を逸脱）が判明したため、当社から市場への製品出荷を中止したことをご案内させていただきます。

なお、該当する製品 Lot は市場に流通しておりません。
皆様にはご迷惑をおかけし、申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【受注終了対象】

商品コード	JANコード	商品名
58-300	4987458583001	見針絆（センサ）

【次回在庫予定時期】

2025年7月末（予定）

以上