

2025年5月



「GAMMEX® ラテックスフリー RA グローブ」 仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、放射線防護用手袋「GAMMEX ラテックスフリー RA グローブ」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

謹白

1. 【変更内容】

厚み、医療用放射線遮蔽率が変わります。

・厚み

	現行	変更後
指先	0.30mm	0.30mm
掌部	0.28mm	0.29mm
カフ	0.27mm	0.29mm

・医療用放射線遮蔽率(ASTM F2547 に従ったビームエネルギーレベルの遮蔽率)

X線管電圧	現行	変更後
60kV	52.9%	55.2%
80kV	44.0%	46.1%
100kV	37.4%	39.6%
120kV	32.6%	34.5%

2. 【対象品番・変更時期】

JANコード	商品コード	品番・サイズ	初回ロット	変更時期
4987458207112	20-711	GAMMEX PI RAG 6.5	未定	未定
4987458207129	20-712	GAMMEX PI RAG 7.0	未定	未定
4987458207136	20-713	GAMMEX PI RAG 7.5	2412A092RR	2025年5月頃
4987458207143	20-714	GAMMEX PI RAG 8.0	2412A092RR	2025年7月頃
4987458207150	20-715	GAMMEX PI RAG 8.5	未定	未定

・医療機器届出番号:27B1X00045000175 ・一般の名称:放射線防護用手袋

・医療機器クラス分類:クラス I (一般医療機器)・製造販売:ニプロ株式会社