

2025年7月



透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 仕様変更の件

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。


この度、透析用血液回路セット「シュアフローN」の仕様を変更いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

下図の赤丸印の箇所のチューブを紐付きメスコネクタなどに使用されているチューブ（青丸印の箇所）と同じ硬さのチューブへ仕様を変更し、統一します。本変更によりややチューブが硬くなります。



対象品番

商品コード	品番	JANコード
73-110	NS-TP-1112G	4987458731105

変更ロット

25F05 ロット（2025年6月製造）以降