

## 「ニプロ吸引カテーテル」小包装タイプ 仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ニプロ吸引カテーテル」小包装タイプの仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

仕様変更品はすでに出荷されており、ご案内が大変遅くなり申し訳ありません。お詫び申し上げます。

謹白

### 変更内容および変更理由

#### 【コネクタ仕様の変更】

- ・より多様な吸引機のチューブに対応可能なコネクタ形状に変更になります。
- ・コネクタの材質がABS樹脂からポリ塩化ビニルに変更になります。

変更前

変更後

代表例：12Fr



### 対象品番・変更時期

製品名：ニプロ吸引カテーテル

医療機器認証番号：224AABZX00025000

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	JANコード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
23-334	4987458233340	キウイン NSCSP-10(TA2)CS	25C022	2025年5月初旬～
23-335	4987458233357	キウイン NSCSP-12(TA2)CS	25C022	2025年6月初旬～
23-336	4987458233364	キウイン NSCSP-14(TA2)CS	25C022	2025年7月初旬～