



医療関係者 各位

## 「ニプロ AIH キャス」 仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、「ニプロ AIH キャス」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

### 変更内容および変更理由

変更箇所	変更前	変更後
包装の形状 ・個包装 開封部分	 <p>端までシールし、製品上部を直線に接着 (H字状)</p>	 <p>端のシールをなくし、製品上部を山形に接着</p>

個包装の寸法、重量に変更ございません。  
変更理由：開封時の操作性向上を目的とする。

### 対象品番・変更時期

製品名：ニプロ AIH キャス

医療機器認証番号：21500BZZ00725000

医療機器クラス分類：クラス（管理医療機器）

商品コード	JANコード	品名	品番	変更ロット	変更品出荷時期
87-440	4987458874406	AIH キャス	AIH キャス（スタイレット付き）	未定	11月下旬
87-441	4987458874413	AIH キャス	AIH キャス（スタイレットなし）	未定	12月中旬
87-442	4987458874420	AIH キャス	AIH キャスロング（スタイレット付き）	未定	10月上旬
87-443	4987458874437	AIH キャス	AIH キャスロング（スタイレット無し）	25G09	9月下旬
87-444	4987458874444	AIH キャス	AIH キャス（コネクター無し）	未定	10月上旬

商品の在庫状況により出荷時期が前後する場合がございます。