

「ニプロ活栓」「ニプロエクステンションチューブ」 「ニプロ延長チューブ」 製品仕様に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ニプロ活栓」「ニプロエクステンションチューブ」「ニプロ延長チューブ」に使用している三方活栓において、コックのバーの向きによってはメスルアーキャップ装着に問題が出るということが判明いたしました。

本製品につきましては、金型更新の際に形状の見直しを行いました。それによりコックのバーの厚みが従来品よりも厚い設計となったことが原因でした。メスルアーキャップ装着方向にバーがある際にメスルアーキャップの容器がひっかかってしまい容器が外れない事象につながってしまいました。

ただし、三方活栓およびメスルアーキャップ単体の品質には問題はございません。

つきましては、改良品が流通するまでの間、別紙使用方法のご案内のとおりご使用いただくことをお願い申し上げます。

医療関係者の皆様には、多大なるご迷惑とお手数をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、事情をご賢察の上、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【1. 発生事象】



容器がコックに触れ、はまりにくいです



容器がコックに触れ、はずれにくいです

【2. 対象製品】

製品名 : ニプロ活栓

医療機器届出番号 : 27B1X00045000032

医療機器クラス分類 : クラス I

製品名 : ニプロエクステンションチューブ

医療機器認証番号 : 16200BZZ01649000

医療機器クラス分類 : クラス II

製品名 : ニプロ延長チューブ

医療機器認証番号 : 224AABZX00165000

医療機器クラス分類 : クラス II

【3. 対象品番】

「ニプロ活栓」

商品コード	品番・規格	JANコード	対象開始ロット	流通時期
17-001	ニプロ活栓 3W-RC ガタ スリッパ	4987458170010	25D30	2025年7月
17-002	ニプロ活栓 3W-RC ガタ ツク	4987458170027	25D16	2025年7月
17-010	ニプロ活栓 3W-RC スリッパ レッド	4987458170102	25D30	2025年8月
17-011	ニプロ活栓 3W-RC スリッパ ブルー	4987458170119	25F20	2025年9月
17-012	ニプロ活栓 3W-RC スリッパ グリーン	4987458170126	25B26	2025年7月
17-020	ニプロ活栓 3W-RC ツク レッド	4987458170201	25D30	2025年8月
17-021	ニプロ活栓 3W-RC ツク ブルー	4987458170218	25E ロット以降	2026年6月
17-022	ニプロ活栓 3W-RC ツク グリーン	4987458170225	25D30	2025年7月
17-243	外ニプロ活栓 3W-3RC ツク BYR	4987458172434	25E15	2025年7月
17-248	ニプロ活栓 3W-RC ツク 2CAP	4987458172489	25D30	2025年8月

「ニプロエクステンションチューブ」「ニプロ延長チューブ」

商品コード	品番・規格	JANコード	対象開始ロット	流通時期
66-896	EX5-45FRC	4987458668968	25D077	2025年7月中旬頃
66-900	EX5-60FRC	4987458669002	25D168	2025年6月中旬頃
66-871	EX5-60AT	4987458668715	25D106	2025年8月中旬頃
16-411	EX5-150FRC	4987458164118	25F286	2026年1月以降
66-559	EX1-50NFRC (R)	4987458665592	25E 以降	2026年1月以降
66-463	EX3-50NFRC(R)	4987458664632	25E158	2025年8月下旬頃
66-899	EX5-45FRC RED	4987458668999	25D297	2025年7月下旬頃
66-779	EX2-50NFRCCL	4987458667794	25E177	2025年9月中旬頃
66-703	EX3-50NFRCCL	4987458667039	25F058	2025年8月下旬頃
66-890	EX4-100NFRCCL2	4987458668906	25H147	2025年11月下旬頃
16-413	EX3-10PFRCG	4987458164132	25F137	2025年9月上旬頃
16-407	EX1-15NFRC	4987458164071	25E108	2025年6月中旬頃
66-739	EX1-50ARC	4987458667398	25E108	2025年7月下旬頃
66-743	EX1-50NFRC	4987458667435	25D097	2025年7月中旬頃
66-775	EX1-80NFHT2 ツク	4987458667756	25D 以降	2025年7月中旬頃
66-745	EX1-100NFRC	4987458667459	25D307	2025年7月中旬頃
66-773	EX1-100ARC	4987458667732	25D158	2025年7月中旬頃
66-543	EX1-130NFRC	4987458665431	25D118	2025年7月中旬頃
66-763	EX2-25NFRC	4987458667633	25E047	2025年7月上旬頃
66-766	EX2-50NFRC	4987458667664	25E136	2025年8月下旬頃
66-759	EX2-60NFRCCL	4987458667596	25E238	2025年7月下旬頃
66-704	EX3-50ARC	4987458667046	25D248	2025年6月下旬頃
66-784	EX3-50NFRC	4987458667848	25D147	2025年11月中旬頃
66-794	EX3-50FHRC	4987458667947	25E106	2026年1月以降
66-536	EX3-50PFRC	4987458665363	25D176	2025年6月下旬頃
66-538	EX3-50NFRC2	4987458665387	25D176	2025年7月中旬頃
66-786	EX3-100NFRC	4987458667862	25D307	2025年6月下旬頃
16-404	EX3-100PFRC	4987458164040	25E097	2025年7月初旬頃
66-889	EX4-50NFRC	4987458668890	25D096	2025年7月下旬頃
66-869	EX5-15AT	4987458668692	25D306	2025年6月下旬頃
66-870	EX5-45AT	4987458668708	25D176	2025年6月下旬頃

以上