

2025 年 10 月

お客様 各位



ニプロ株式会社

「グッドテックカテーテルイントロデューサー」 タイプ：モスキート 三方活栓仕様変更に関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は弊社製品に格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、早速ではありますが、弊社より販売しておりますシースイントロデューサー タイプ：モスキート（販売名_グッドテックカテーテルイントロデューサー）につきまして、三方活栓の仕様を変更することとなりましたので、ご案内いたします。

従来モデルと混在となりますが何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

対象製品

- ・販売名：グッドテックカテーテルイントロデューサー
- ・医療機器承認番号：20700BZZ00518000
- ・一般的名称：心臓用カテーテルイントロデューサキット
- ・管理区分：高度管理医療機器（クラスⅣ）

変更内容


- ・三方活栓にある流路の ON・OFF を示す青い箔を無くします。
 - ・三方活栓のコック形状が変更となります。
- ※別紙 三方活栓 ON・OFF 参照

変更時期

- ・切り替わり変更時期 2026 年 1 月頃予定

以上

「従来品」 ON・OFF を示す青い箔あり(赤丸)



「変更品」ON・OFF を示す青い箔なし(赤丸)に伴いロック形状も変更

