





## 「T 型ポート付延長チューブ」「ケアサイト」延長チューブ付き 仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、「T 型ポート付延長チューブ」「ケアサイト」延長チューブ付きについて材質 PVC のパーツに含まれる着色剤を無くすことになりましたのでご案内申し上げます。

謹白

### 変更内容および変更理由

・材質 PVC のパーツに含まれる着色剤を無くし、写真の通り緑色から無色に変わっております。

	変更前	変更後
製品外観 「T 型ポート付延長チューブ」		
製品外観 「ケアサイト」延長チューブ付き		

変更理由: MDR(ヨーロッパの医療機器規則)に対応するため。

### 対象品番・変更時期

製品名 : T 型ポート付延長チューブ

医療機器認証番号 : 13B1X00218451018

医療機器クラス分類 : クラス I

商品コード	JAN コード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
43-069	4987458430695	ET-04TS	0061952154	2026 年 2 月中旬頃
43-070	4987458430701	ET-04T	0061950607	2026 年 5 月中旬頃

製品名 : ケアサイト延長チューブ付き

医療機器認証番号 : 13B1X00218474023

医療機器クラス分類 : クラス I

商品コード	JAN コード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
54-750	4987458547508	470100	0061976042	2025 年 11 月中旬頃
54-751	4987458547515	470104	0061984965	2025 年 11 月中旬頃
54-752	4987458547522	470106	0061974385	2025 年 11 月上旬頃

※商品の在庫状況により出荷時期が前後する場合がございます。