

「ニプロ閉鎖式吸引カテーテル」 仕様変更のご案内









謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。





平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ニプロ閉鎖式吸引カテーテル」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

変更内容および変更理由

	変更前	変更後	変更理由
包装 デザイン		デザイン変更 	表示項目「フレンチサイズ、 気管切開用／気管挿管用、時 間」の視認性向上のため
包装 パウチ		Uノッチ追加 	包装を開封しやすくするた め
コントロー ルバルブ		▼印の追加 	ロック解除の状態を分かり やすくするため
回転バルブ ※72時間用 のみ		クリック感追加  (外観は変更なし)	バルブ回転時に OPEN/CLOSE の位置に到達したことを感 覚でも分かるようにするた め

	変更前	変更後	変更理由
フレックステューブ		透明性向上 	フレックステューブ内部の視認性向上のため
曜日ステッカー	 57mm × 95mm	サイズ変更  30mm × 95mm	コントロールバルブに貼付しやすくするため

対象品番・変更時期

製品名：ニプロ閉鎖式吸引カテーテル
医療機器認証番号：304AFBZX00015000

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	JANコード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
51-139	4987458511394	VR-10 (DE) 24T	未定	2027年
51-140	4987458511400	VR-12 (DE) 24T	未定	2027年
51-141	4987458511417	VR-14 (DE) 24T	未定	2026年9月頃
51-143	4987458511431	VR-10 (DE) 24E	未定	2027年
51-144	4987458511448	VR-12 (DE) 24E	未定	2027年
51-145	4987458511455	VR-14 (DE) 24E	KS2509027	2026年3月上旬
51-147	4987458511479	VR-10 (DE) 72T	未定	2027年
51-148	4987458511486	VR-12 (DE) 72T	未定	2026年8月頃
51-149	4987458511493	VR-14 (DE) 72T	未定	2027年
51-151	4987458511516	VR-10 (DE) 72E	未定	2027年
51-152	4987458511523	VR-12 (DE) 72E	未定	2026年9月頃
51-153	4987458511530	VR-14 (DE) 72E	未定	2027年

※商品の在庫状況により出荷時期が前後する場合がございます。

※変更品出荷時期が先の製品につきましては、出荷時期が近くなりました際に改めてご連絡致します。