

2026年3月



ニプロ株式会社

抜針・漏液検知器「見針絆」 出荷制限解除のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、抜針・漏液検知器「見針絆」に関しまして、2025年4月より出荷制限および新規注文辞退を実施しておりましたが、出荷制限および新規注文辞退を解除させていただくこととなりましたのでご案内いたします。

皆さまにおかれましては多大なるご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

謹白

記

【対象】

商品コード	JANコード	商品名
58-300	4987458583001	見針絆（センサ）

【解除日】

2026年3月9日より

【お願い】

今回の解除以降、継続的な在庫も予定されており、安定供給の再開となります。そのため、過度な買い込み等をお控えいただきますようお願い申し上げます。

【解除理由】

製品の歩留まりが悪化したことにより、出荷制限を実施しておりましたが製品規格の見直しによる歩留まり改善と製造工程の監視強化による再発防止の見通しが立ったため。

以上