

## 「ニプロサージカルハンド PF」 仕様変更品のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、「ニプロサージカルハンド PF」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

### 変更内容、変更理由

変更内容	変更前	変更後
一双袋（包装）の材料	紙	プラスチック （ポリプロピレン）

※手袋の仕様、包装デザイン、入数に変更はございません。

変更理由：品質向上のため。

紙包装と比較しプラスチック包装のほうが素材の密度が高いため、酸素・光などの劣化の原因となる物質からのバリア性能が向上します。

### 対象品番・出荷時期

製品名：ニプロサージカルハンド PF  
医療機器認証番号：219ADBZX00185000

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	JANコード	品番・規格	変更ロット	変更品出荷時期
20-140	4987458201400	ニプロサージカルハンド PF5.5-0.18	未定	2026年6月下旬
20-141	4987458201417	ニプロサージカルハンド PF6-0.18	未定	2026年5月中旬
20-142	4987458201424	ニプロサージカルハンド PF6.5-0.18	311850	2026年3月下旬
20-143	4987458201431	ニプロサージカルハンド PF7-0.18	311849	2026年3月下旬
20-144	4987458201448	ニプロサージカルハンド PF7.5-0.18	311851	2026年4月中旬
20-145	4987458201455	ニプロサージカルハンド PF8-0.18	311852	2026年4月中旬

※在庫状況により出荷時期が前後する場合がございます。